

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

1,4-Dioksan

Gatunek: do chromatografii HPLC

Nr kat. 612923006

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość (w przeliczeniu na substancję bezwodną)	min. 99,8%	99,9%
Woda	max. 0,05%	0,05%
Kwasowość	max. 0,0005meq/g	0,0003meq/g
Zasadowość	max. 0,0002meq/g	0,0002meq/g
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,0004%
<u>UV - transmisja (1cm, woda)</u>		
260nm	min. 60,0%	61,8%
270nm	min. 70,0%	72,6%
280nm	min. 80,0%	81,5%
290nm	min. 90,0%	92,2%
300nm	min. 95,0%	95,8%

Partia:

Firma Chempur nie bierze odpowiedzialności za ubytek ilości rozpuszczalnika w opakowaniu z tworzywa sztucznego. Odczynnik można zakupić w opakowaniu metalowym.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.