

FIRMA



Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91

• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a

NIP 653-000-89-98

www.chempur.pl

chempur@chempur.pl

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

2-propanol do chromatografii HPLC

Gatunek: HPLC GR

Nr kat. 617515012

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość (GC)	min. 99,8%	99,99%
Woda (KF)	max. 0,1%	0,02%
Kwasowość	max. 0,0005 meq/g	0,0002 meq/g
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,0002%
<u>UV - transmisja (1 cm, woda):</u>		
210 nm	min. 45,0%	46,6%
220 nm	min. 70,0%	70,5%
230 nm	min. 85,0%	87,4%
240 nm	min. 98,0%	98,5%
250 nm	min. 99,0%	99,6%
<u>Test gradientowy (235 nm):</u>		
Największy pik	max. 2 mAU	1,5 mAU
Dryf linii podstawowej	max. 15 mAU	8 mAU
<u>Fluorescencja (j. chinina)</u>		
254 nm	max. 1 ppb	0,7 ppb
365 nm	max. 1 ppb	0,8 ppb

Partia:

Firma Chempur nie bierze odpowiedzialności za ubytek ilości rozpuszczalnika w opakowaniu z tworzywa sztucznego. Odczynnik można zakupić w opakowaniu metalow

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.