

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a  
NIP 653-000-89-98  
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52  
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11  
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91  
• 767-88-92  
fax (032) • 767-93-41  
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **2-propanol**

Gatunek: do chromatografii ULC/MS

Nr kat. 617515010

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Zawartość (GC)	min. 99,8%	99,99%
Woda (KF)	max. 0,1%	0,02%
Kwasowość	max. 0,0005 meq/g	0,0002meq/g
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,0002%
Al (Glin)	max. 0,05ppm	zgodny
Ca (Wapń)	max. 0,1ppm	zgodny
Fe (Żelazo)	max. 0,1ppm	zgodny
K (Potas)	max. 0,1ppm	zgodny
Mg (Magnez)	max. 0,05ppm	zgodny
Na (Sód)	max. 0,1ppm	zgodny
<b><u>UV - transmisja (1 cm, woda):</u></b>		
210 nm	min. 40,0%	42,6%
220 nm	min. 60,0%	63,5%
230 nm	min. 80,0%	81,4%
240 nm	min. 98,0%	98,6%
250 nm	min. 99,0%	99,2%
<b><u>Fluorescencja (j. chinina)</u></b>		
365 nm	max. 1 ppb	1 ppb

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.