

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Magnezu tlenek

Gatunek: cz.d.a.
Nr kat. 116140200

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	białe płatki, kryształ lub proszek	
Zawartość (w preparacie wyprażonym)	min. 97,0%	97,0%
Substancje nierozpuszczalne w rozcieńczonym HCl	max. 0,02%	0,02%
Straty po prażeniu (800°C)	max. 8,0%	zgodny
Wapnia tlenek (CaO)	max. 1,5%	zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,01%	0,01%
Siarczany (SO ₄)	max. 0,02%	0,02%
Ba (Bar)	max. 0,005%	0,005%
Ca (Wapń)	max. 0,05%	0,05%
Fe (Żelazo)	max. 0,005%	0,005%
Pb (Ołów)	max. 0,003%	0,003%

Partia:

Przedstawione w świadectwie jakości wyniki badań dotyczące stężenia oraz zanieczyszczeń powstały na podstawie certyfikatów norm jakościowych dostawców i producentów surowców oraz na podstawie wyrywkowych badań laboratorium Firmy Chempur. Dane te nie zastępują badań przez odbiorcę po dostawie odczynników.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.