

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Aceton do chromatografii HPLC

Gatunek: do chromatografii HPLC

Nr kat. 611024800

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość	min. 99,8%	99,95%
Woda (KF)	max. 0,2%	0,17%
Kwasowość	max. 0,0005meq/g	0,0002meq/g
Substancje nietlotne	max. 0,0005%	0,0005%
<u>UV - transmisja (1cm, woda)</u>		
335nm	min. 50,0%	62,5%
340nm	min. 85,0%	87,6%
350nm	min. 98,0%	98,5%
355nm	min. 99,0%	99,4%

Partia:

Firma Chempur nie bierze odpowiedzialności za ubytek ilości rozpuszczalnika w opakowaniu z tworzywa sztucznego. Odczynnik można zakupić w opakowaniu metalowym.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.