

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Aceton

Gatunek: cz.
Nr kat. 421024803

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarna, klarowna ciecz	
Zawartość acetonu	min. 99,5%	zgodny
Zawartość 2-propanolu	max. 0,05%	
Zawartość metanolu	max. 0,05%	
Gęstość (20°C)	0,785 – 0,790g/cm ³	zgodny
Alkohole (CH ₃ OH i C ₂ H ₅ OH)	max. 0,05%	zgodny
Nielotna pozostałość	max. 0,001%	zgodny
Kwasowość (j. CH ₃ COOH)	max. 0,003%	zgodny
Zasadowość (j. NH ₃)	max. 0,001%`	zgodny
Substancje redukujące KMnO ₄ (25oC)	min. 120minut	zgodny
Aldehydy (j. HCHO)	max. 0,006%	zgodny
Woda (KF)	max. 0,5%	zgodny
Substancje organiczne nierozpuszczalne w wodzie	wg przepisu	zgodny

Partia:

Firma Chempur nie bierze odpowiedzialności za ubytek ilości rozpuszczalnika w opakowaniu z tworzywa sztucznego. Odczynnik można zakupić w opakowaniu metalowym.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.

