

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Acetonitryl

Gatunek: do chromatografii UHPLC
Nr kat. 611026407

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość (GC)	min. 99,9%	99,99%
Substancje nietlotne	max. 0,0005%	0,0004%
Woda (KF)	max. 0,02%	0,01%
Wolne kwasy (j. CH ₃ COOH)	max. 0,0005meq/g	0,0002meq/g
<u>UV-transmisja (1cm, woda):</u>		
190nm	min. 30,0%	32,0%
200nm	min. 80,0%	88,0%
210nm	min. 90,0%	96,2%
220nm	min. 98,0%	98,7%
230nm	min. 99,0%	99,9%
<u>Fluorescencja (j. chinina):</u>		
365nm	max. 1ppb	0,8ppb

Partia:

Firma Chempur nie bierze odpowiedzialności za ubytek ilości rozpuszczalnika w opakowaniu z tworzywa sztucznego. Odczynnik można zakupić w opakowaniu metalowym.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.