

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Amonu rodanek roztwór
mianowany 0,1mol/dm³ z
odniesieniem do SRM NIST**
Nr kat. 811395806

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Miano roztworu (20°C)	0,0996 – 0,1004 mol/dm ³	0,1001mol/dm ³

Partia:

Miano roztworu amonu rodanku wyznaczono stosując 0,1M roztwór srebra azotanu, który wcześniej został sprawdzony wobec sodu chlorku mającego odniesienie do wzorca SRM NIST 999b.