

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Azotan (V) srebra roztwór
mianowany 0,1mol/dm³ (0,1N)**
(z odniesieniem do SRM z NIST)
Nr kat. 804340181

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Miano roztworu (20°C)	0,0996 – 0,1004mol/dm ³	0,0999mol/dm ³

Partia:

Wynik stężenia azotanu (V) srebra otrzymano stosując sodu chlorek, mający odniesienie do wzorca SRM NIST 999b.