

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Chromu(VI) tlenek**  
*(bezwodnik chromowy)*

Gatunek: cz.  
Nr kat. 422501202

Odbiorca:  
Seria:  
Data nadania serii:  
Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	brązowo-czerwony lub fioletowy kryształ	
Zawartość	min. 98,5%	zgodny
Substancje nierozpuszczalne w wodzie	max. 0,1%	zgodny
Chlorki (Cl)	max. 0,01%	zgodny
Siarczany (SO <sub>4</sub> )	max. 0,2%	zgodny
Substancje strącalne NH <sub>4</sub> OH	max. 0,1%	zgodny
Na+K+Ca+Mg (Sód, potas, wapń, magnez)	max. 0,15%	zgodny

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.