

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Chlorobenzen**

Gatunek: cz.

Nr kat. 412276603

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość	min. 99,0%	zgodny
Barwa	max. 30 j. Hz	zgodny
Gęstość (20°C)	1,106 – 1,108g/ml	zgodny
Woda	max. 0,04%	zgodny
Wolne kwasy (j. HCl)	max. 0,03%	zgodny
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,003%	zgodny

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.