

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Chloroform odwodniony
(max. 50ppm H₂O)
Nr kat. 112344304

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Zawartość (GC)	min. 99,8%	99,9%
Woda	max. 0,005%	0,0009%
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,0002%
Kwasowość	max. 0,0005meq/g	0,0003meq/g
Stabilizator (amylen)	~50 ppm	zgodny

Partia:

Firma Chempur nie bierze odpowiedzialności za ubytek ilości rozpuszczalnika w opakowaniu z tworzywa sztucznego. Odczynnik można zakupić w opakowaniu metalowym.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.