

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Cynku chlorek roztwór
mianowany 3 mol/dm³
Nr kat. 812642010

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

| PARAMETR | WYMAGANIA | WYNIK |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Wygląd zewnętrzny | bezbarwna ciecz | |
| Miano roztworu (20°C) | 2,988 – 3,012 mol/dm ³ | 3,003 mol/dm ³ |

Partia:



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.