

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Elektrolit ELY/G do sond tlenowych**

Nr kat. 757640085

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny Potasu wodorotlenek	bezbarwna, klarowna ciecz 1,0%±0,05%	zgodny
pH	12,4±0,02	12,402

Partia:

