

FIRMA



Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52

Księgowość - tel. (032) • 767-93-11

Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91

• 767-88-92

fax (032) • 767-93-41

Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a

NIP 653-000-89-98

www.chempur.pl

chempur@chempur.pl

Nr rejestrowy BDO • 000004363

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **n-Heptan**

Gatunek: LC-MS

Nr kat. 614704705

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Zawartość (GC)	min. 99,5%	99,6%
Woda (KF)	max. 0,01%	0,006%
Kwasowość	max. 0,0005meq/g	0,0004meq/g
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,0003%
<b><u>UV transmisja (1cm, H<sub>2</sub>O)</u></b>		
210nm	min. 60,0%	62,5%
220nm	min. 80,0%	81,5%
230nm	min. 95,0%	96,4%
240nm	min. 98,0%	98,8%
250nm	min. 99,0%	99,5%
Ca (Wapń)	max. 0,1ppm	zgodny
K (Potas)	max. 0,1ppm	zgodny
Mg (Magnez)	max. 0,1ppm	zgodny
Na (Sód)	max. 0,1ppm	zgodny
Filtracja (0,2um)	odpowiada	zgodny

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.