

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### Izooktan

Gatunek: LC-MS  
Nr kat. 614872914

Odbiorca:  
Seria:  
Data nadania serii:  
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

| PARAMETR  | WYMAGANIA        | WYNIK       |
|---|------------------|-------------|
| Zawartość (GC)                                    | min. 99,5%       | 99,9%       |
| Woda (KF)   | max. 0,01%       | 0,009%      |
| Kwasowość   | max. 0,0005meq/g | 0,0004meq/g |
| Pozostałość po odparowaniu                        | max. 0,0005%     | 0,0003%     |
| <b><u>UV transmisja (1cm, H<sub>2</sub>O)</u></b> |                  |             |
| 230nm   | min. 90,0%       | 94,2%       |
| 240nm   | min. 95,0%       | 96,8%       |
| 250nm   | min. 98,0%       | 98,5%       |
| Ca (Wapń)   | max. 0,1ppm      | zgodny      |
| K (Potas)   | max. 0,1ppm      | zgodny      |
| Mg (Magnez)                                       | max. 0,1ppm      | zgodny      |
| Na (Sód)  | max. 0,1ppm      | zgodny      |
| Filtracja (0,2um)                                 | odpowiada        | odpowiada   |

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.