

ŚWIADECTWO JAKOŚCI


**Kwas chlorowodorowy roztwór
mianowany 0,02mol/dm³
z odniesieniem do SRM z NIST**
Nr kat. 805313219

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Miano roztworu (20°C)	0,01992 – 0,02008mol/dm ³	0,02002mol/dm ³

Partia:

Wynik stężenia kwasu solnego otrzymano stosując tris(hydroksymetylo)aminometan, mający odniesienie do wzorca SRM NIST 723e.



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.