

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Kwas chlorowodorowy roztwór
mianowany 0,0357mol/dm³
Nr kat. 805313170

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

| PARAMETR | WYMAGANIA | WYNIK |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Wygląd zewnętrzny | bezbarwna, klarowna ciecz | |
| Miano roztworu (20°C) | 0,03556 – 0,03584mol/dm ³ | 0,03570mol/dm ³ |

Partia:

