

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Kwas chlorowodorowy  
w 2-propanolu z błękitem  
bromotymolowym roztwór  
mianowany 0,1 mol/dm<sup>3</sup> (0,1N)**  
Nr kat. 805313200

Odbiorca:  
Seria:  
Data nadania serii:  
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	żółta ciecz	
Miano roztworu (20°C)	0,0996 – 0,1004 mol/dm <sup>3</sup>	0,1002 mol/dm <sup>3</sup>
2-Propanol	wg przepisu	zgodny
Błękit bromotymolowy	wg przepisu	zgodny

Partia:



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.