

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Kwas chlorowodorowy
w metanolu roztwór mianowany
0,1 mol/dm³ (0,1N)**
Nr kat. 805313218

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Miano roztworu (20°C)	0,0996 – 0,1004 mol/dm ³	0,1001 mol/dm ³

Partia:



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.