

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Kwas chlorowodorowy roztwór
mianowany 0,1mol/dm³ (0,1N)
z odniesieniem do SRM z NIST**
Nr kat. 805313220

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Miano roztworu (20°C)	0,0996 – 0,1004mol/dm ³	0,100mol/dm ³

Partia:

Wynik stężenia kwasu solnego otrzymano stosując tris(hydroksymetylo)aminometan,
mający odniesienie do wzorca SRM NIST 723e.