

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Kwas chlorowodorowy roztwór 5%**

Gatunek: cz.  
Nr kat. 425752834

Odbiorca:  
Seria:  
Data nadania serii:  
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość	5,0%±0,1%	zgodny
Gęstość (20°C)	ok. 1,023 g/cm <sup>3</sup>	zgodny
Pozostałość po prażeniu (j. SO <sub>4</sub> )	max. 0,002%	zgodny
Siarczany (SO <sub>4</sub> )	max. 0,0005%	zgodny
Siarczyny (SO <sub>3</sub> )	max. 0,001%	zgodny
Wolny chlor (Cl <sub>2</sub> )	max. 0,0002%	zgodny
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,0002%	zgodny
As (Arsen)	max. 0,00001%	zgodny
Fe (Żelazo)	max. 0,0003%	zgodny

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.