

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Kwas siarkowy(VI) roztwór  
mianowany 0,5mol/dm<sup>3</sup> (1N)  
z odniesieniem do SRM z NIST**  
Nr kat. 815749648

Odbiorca: Odczynniki Katowice  
Seria: 200724078  
Data nadania serii: 07/2020  
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Miano roztworu (20°C)	0,498 – 0,502mol/dm <sup>3</sup>	0,502mol/dm <sup>3</sup>

Partia:

*Stężenie roztworu mianowanego jest wyznaczane względem wzorca posiadającego odniesienie do standardowych materiałów referencyjnych NIST.*

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.