

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Kwas siarkowy(VI) roztwór
2,75%
(do badań metodą Cartera)
Nr kat. 525750001

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość	2,75%±0,1%	2,74%
Gęstość (20°C)	ok. 1,016 g/cm ³	1,016 g/cm ³
Pozostałość po prażeniu	max. 0,001%	0,0006%
Azotany (NO ₃)	max. 0,0005%	0,0002%
Chlorki (Cl)	max. 0,0001%	0,00008%
Sole amonowe (NH ₄)	max. 0,0003%	0,0002%
Metale ciężkie (j. Pb)	max. 0,0002%	0,0001%
Fe (Żelazo)	max. 0,0001%	0,00008%

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.