

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91
• 767-88-92
fax (032) • 767-93-41
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Metanol

Gatunek: HPLC GRADIENT GR
Nr kat. 616219924

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość (GC)	min. 99,9%	99,99%
Kwasowość	max. 0,0005 meq/g	0,0002 meq/g
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,0003%
<u>UV transmisja (1cm, H₂O)</u>		
210 nm	min. 65,0%	68,2%
220 nm	min. 75,0%	76,4%
230 nm	min. 90,0%	91,3%
240 nm	min. 98,0%	98,5%
250 nm	min. 99,0%	99,5%
<u>Test gradientowy (235 nm):</u>		
Największy pik	max. 2 mAU	1,4 mAU
Dryf linii podstawowej	max. 15 mAU	11 mAU
<u>Fluorescencja (j. chinina)</u>		
254 nm	max. 1 ppb	0,6 ppb
365 nm	max. 1 ppb	0,7 ppb

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.