

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a  
NIP 653-000-89-98  
www.chempur.pl      chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52  
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11  
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91  
• 767-88-92  
fax (032) • 767-93-41  
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### Metanol

Gatunek: HPLC- Super Gradient  
Nr kat. 616219911

Odbiorca:  
Seria:  
Data nadania serii:  
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość (GC)	min. 99,9%	99,99%
Woda (KF)	max. 0,05%	0,05%
Kwasowość	max. 0,0005 meq/g	0,0002 meq/g
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,0003%
<b><u>UV – transmisja (1cm, woda):</u></b>		
210 nm	min. 65,0%	65,8%
220 nm	min. 75,0%	77,2%
230 nm	min. 90,0%	92,5%
240 nm	min. 98,0%	98,6%
250 nm	min. 99,0%	99,5%
<b><u>Test gradientowy (235 nm):</u></b>		
Największy pik	max. 2 mAU	1,4 mAU
Dryf linii podstawowej	max. 15 mAU	9 mAU
<b><u>Fluorescencja (j. chinina):</u></b>		
365 nm	max. 1 ppb	0,7 ppb
Filtracja (0,2 um)	odpowiada	odpowiada

Partia:

Firma Chempur nie bierze odpowiedzialności za ubytek ilości rozpuszczalnika w opakowaniu z tworzywa sztucznego. Odczynnik można zakupić w opakowaniu metalowym.

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.