

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### Metanol do chromatografii HPLC

Gatunek: HPLC izokratyczny

Nr kat. 616219901

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość (GC)	min. 99,8%	99,99%
Woda (KF)	max. 0,05%	0,05%
Kwasowość	max. 0,0005 meq/g	0,0002 meq/g
Zasadowość	max. 0,0003 meq/g	0,0003 meq/g
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,0003%
<b><u>UV – transmisja (1 cm, woda):</u></b>		
220 nm	min. 45,0%	76,4%
240 nm	min. 75,0%	91,5%
260 nm	min. 96,0%	98,5%

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.