

FIRMA



41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • 287-20-52
Księgowość - tel. (032) • 767-93-11
Dział Handlowy - tel. (032) • 767-88-91
• 767-88-92
fax (032) • 767-93-41
Dział kontroli jakości - tel. (032) • 382-49-01 w. 25

Nr rejestrowy BDO • 000004363

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Metanol

Gatunek: LC-MS
Nr kat. 616219920

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, klarowna ciecz	
Zawartość (GC)	min. 99,9%	99,99%
Woda (KF)	max. 0,05%	0,05%
Kwasowość	max. 0,0005meq/g	0,0002meq/g
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,0005%	0,0003%
<u>UV - transmisja (1cm, woda):</u>		
230nm	min. 80,0%	91,3%
240nm	min. 98,0%	98,5%
250nm	min. 99,0%	99,5%
Ca (Wapń)	max. 0,1ppm	zgodny
K (Potas)	max. 0,1ppm	zgodny
Mg (Magnez)	max. 0,1ppm	zgodny
Na (Sód)	max. 0,1ppm	zgodny
Filtracja (0,2um)	odpowiada	odpowiada

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.