

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Metanol z dodatkiem 0,1% kwasu mrówkowego

Gatunek: LC-MS
Nr kat. 616219922

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

| PARAMETR | WYMAGANIA | WYNIK |
|--|---------------------------|--------------|
| Wygląd zewnętrzny | bezbarwna, klarowna ciecz | |
| Zawartość (GC) | min. 99,9% | 99,99% |
| Woda (KF) | max. 0,05% | 0,05% |
| Kwasowość | max. 0,0005 meq/g | 0,0002 meq/g |
| Pozostałość po odparowaniu | max. 0,0005% | 0,0003% |
| Kwas mrówkowy | ok. 0,1% | zgodny |
| <u>UV - transmisja (1cm, woda):</u> | | |
| 230 nm | min. 80,0% | 91,3% |
| 240 nm | min. 98,0% | 98,5% |
| 250 nm | min. 99,0% | 99,5% |
| Ca (Wapń) | max. 0,1ppm | zgodny |
| K (Potas) | max. 0,1ppm | zgodny |
| Mg (Magnez) | max. 0,1ppm | zgodny |
| Na (Sód) | max. 0,1ppm | zgodny |
| Filtracja (0,2 um) | odpowiada | odpowiada |

Partia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.