

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Mieszanina selenowa do oznaczania azotu

Nr kat. 757640015

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Sodu siarczan bezwodny	78,8% ± 0,2%	zgodny
Rtęci(I) siarczan	12,30% ± 0,2%	zgodny
Miedzi siarczan 5hydrat	6,2% ± 0,2%	zgodny
Se (Selen)	3% ± 0,1%	zgodny

Partia:

CHEMPUR[®]