

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### Odczynnik Haynesa

Nr kat. 116950812

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Miedzi siarczan uwodniony (CuSO <sub>4</sub> ·5H <sub>2</sub> O)	wg przepisu	zgodny
Gliceryna bezwodna	wg przepisu	zgodny
Potasu wodorotlenek 5%	wg przepisu	zgodny

Partia:

**CHEMPUR**<sup>®</sup>  
*Odczynnik do wykrywania cukrów prostych.*

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.