

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Odczynnik Ringera
(wyjałowiony)
Nr kat. 116947612

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Sodu chlorek (NaCl)	8,6±0,01g/l	zgodny
Potasu chlorek (KCl)	0,3±0,01g/l	zgodny
Wapnia chlorek 6hydrat (CaCl ₂ x 6H ₂ O)	0,48±0,01g/l	zgodny
Woda	wg przepisu	zgodny
pH roztworu	5,0 – 7,5	zgodny

Partia:

