

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Amonu siarczan 0,1 mol/dm<sup>3</sup> -  
odważka analityczna**  
Nr kat. 161397200

Odbiorca:  
Seria:  
Data nadania serii:  
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

### PARAMETR

### WYMAGANIA

Stężenie roztworu amonu siarczanu, po rozcieńczeniu do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy 0,0998 – 0,1002 mol/dm<sup>3</sup>

