

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Amonu żelaza(II) siarczan(VI)
0,01 mol/dm³ - odważka analityczna
z odniesieniem do SRM z NIST
Nr kat. 161366002

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR

Stężenie roztworu amonu żelaza(II) siarczanu, po
rozcieńczeniu do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach
normy

WYMAGANIA

0,00998 - 0,01002 mol/dm³

Stężenie odważki analitycznej jest wyznaczane względem wzorca posiadającego odniesienie do standardowych materiałów referencyjnych NIST

