

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Azotan (V) srebra 0,02 mol/dm³ -
odważka analityczna z
odniesieniem do SRM z NIST**
Nr kat. 168143416

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA
Stężenie roztworu azotanu (V) srebra, po rozcieńczeniu do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy	0,01996 – 0,02004 mol/dm ³

Wynik stężenia azotanu (V) srebra otrzymano stosując sodu chlorek, mający odniesienie do wzorca SRM NIST 999b.

CHEMPUR[®]