

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Azotan (V) srebra 0,1 mol/dm³ -
odważka analityczna z
odniesieniem do SRM z NIST**
Nr kat. 168143414

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR

Stężenie roztworu azotanu (V) srebra, po rozcieńczeniu
do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy

WYMAGANIA

0,0998 – 0,1002 mol/dm³

Wynik stężenia azotanu (V) srebra otrzymano stosując sodu chlorek, mający odniesienie do wzorca SRM NIST 999b.

