

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**di-Sodu wersenian 0,01 mol/dm³ -
odważka analityczna z
odniesieniem do SRM z NIST**
Nr kat. 168798612

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 1 rok od daty nadania serii

PARAMETR

Stężenie roztworu di-sodu wersenianu, po rozcieńczeniu
do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy

WYMAGANIA

0,00998 – 0,01002 mol/dm³

*Stężenie odważki analitycznej jest wyznaczane względem wzorca posiadającego odniesienie
do standardowych materiałów referencyjnych NIST*