

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**di-Sodu wersenian 0,05 mol/dm³
(0,1N) - odważka analityczna z
odniesieniem do SRM z NIST**
Nr kat. 168798611

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR

WYMAGANIA

Stężenie roztworu di-sodu wersenianu, po rozcieńczeniu do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy

0,0499 - 0,0501 mol/dm³

Stężenie odważki analitycznej jest wyznaczane względem wzorca posiadającego odniesienie do standardowych materiałów referencyjnych NIST

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.