

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Kwas azotowy(V) 0,1 mol/dm<sup>3</sup> -  
odważka analityczna z  
odniesieniem do SRM z NIST**  
Nr kat. 165296837

Odbiorca:  
Seria:  
Data nadania serii:  
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

### PARAMETR

Stężenie roztworu kwasu azotowego, po rozcieńczeniu do  
1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy

### WYMAGANIA

0,0998 – 0,1002 mol/dm<sup>3</sup>

*Stężenie odważki analitycznej jest wyznaczane względem wzorca posiadającego odniesienie  
do standardowych materiałów referencyjnych NIST*

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur  
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.