

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Kwas chlorowodorowy**  
**0,02mol/dm<sup>3</sup> - odważka**  
**analityczna**  
Nr kat. 165753138

Odbiorca:  
Seria:  
Data nadania serii:  
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

### PARAMETR

Stężenie roztworu kwasu solnego, po rozcieńczeniu do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy

### WYMAGANIA

0,01996 – 0,02004 mol/dm<sup>3</sup>

