

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Kwas chlorowodorowy
0,02 mol/dm³ - odważka
analityczna
Nr kat. 165753144

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR

WYMAGANIA

Stężenie roztworu kwasu solnego, po rozcieńczeniu do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy

0,01996 – 0,02004 mol/dm³

Wynik stężenia kwasu solnego otrzymano stosując tris(hydroksymetylo)aminometan, mający odniesienie do wzorca SRM NIST 723e.