

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Kwas chlorowodorowy
0,04 mol/dm³ - odważka
analityczna
Nr kat. 165753140

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA
Stężenie roztworu kwasu solnego, po rozcieńczeniu do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy	0,03992 – 0,04008 mol/dm ³



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.