

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Kwas chlorowodorowy**  
**0,05 mol/dm<sup>3</sup> - odważka**  
**analityczna**  
Nr kat. 165753136

Odbiorca:  
Seria:  
Data nadania serii:  
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

### PARAMETR

Stężenie roztworu kwasu solnego, po rozcieńczeniu do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy

### WYMAGANIA

0,0499 – 0,0501 mol/dm<sup>3</sup>

