

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Kwas chlorowodorowy**  
**0,1 mol/dm<sup>3</sup> (0,1N) - odważka**  
**analityczna z odniesieniem do**  
**SRM z NIST**

Nr kat. 165753142

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA
Stężenie roztworu kwasu solnego, po rozcieńczeniu do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy	0,0998 – 0,1002 mol/dm <sup>3</sup>

Wynik stężenia kwasu solnego otrzymano stosując tris(hydroksymetylo)aminometan,<sup>®</sup> mający odniesienie do wzorca SRM NIST 723e.