

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Kwas chlorowodorowy
0,2mol/dm³ - odważka
analityczna
Nr kat. 165753137

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR

Stężenie roztworu kwasu solnego, po rozcieńczeniu do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy

WYMAGANIA

0,1996 – 0,2004mol/dm³



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.