

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Kwas siarkowy(VI) 0,05mol/dm³
(1N) - odważka analityczna z
odniesieniem do SRM z NIST**
Nr kat. 165750649

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii


PARAMETR

Stężenie roztworu kwasu siarkowego, po rozcieńczeniu do
1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy

WYMAGANIA

0,0499 – 0,0501mol/dm³

*Stężenie odważki analitycznej jest wyznaczane względem wzorca posiadającego odniesienie do
standardowych materiałów referencyjnych NIST*



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.