

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Litu wodorotlenek 0,1 mol/dm³ -
odważka analityczna**
Nr kat. 166048707

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA
Stężenie roztworu litu wodorotlenku, po rozcieńczeniu do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy	0,0998 – 0,1002 mol/dm ³

