

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Manganu(II) siarczan 0,1 mol/dm<sup>3</sup> -  
odważka analityczna**  
Nr kat. 166137804

Odbiorca:  
Seria:  
Data nadania serii:  
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

### PARAMETR

### WYMAGANIA

Stężenie roztworu manganu(II) siarczanu, po rozcieńczeniu do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy 0,0998 – 0,1002 mol/dm<sup>3</sup>

