

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Ołowiu azotan 0,05 mol/dm³ -
odważka analityczna**
Nr kat. 167010407

Odbiorca:
Seria:
Data nadania serii:
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR

Stężenie roztworu ołowiu azotan, po rozcieńczeniu do
1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy

WYMAGANIA

0,0499 – 0,0501 mol/dm³

