

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**Potasu chromian 0,05 mol/dm<sup>3</sup> -  
odważka analityczna**  
Nr kat. 167402504

Odbiorca:  
Seria:  
Data nadania serii:  
Data ważności: 2 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA
Stężenie roztworu potasu chromianu, po rozcieńczeniu do 1000 ml, w 20°C mieści się w granicach normy	0,0499 – 0,0501 mol/dm <sup>3</sup>

